



Córdoba, 20 de abril de 2015

**Ref.: Cotización DJA 085/15**

**Adquisición de Torre de Videolaparoscopia**

Nota aclaratoria correspondiente a la Cotización DJA 085/15:

**Cámara de video laparoscopia:**

- El cabezal de la cámara debe ser de 3 CCD. Zoom óptico.
- En ajuste de luminosidad se hace referencia al brillo y en definición de imagen se hace referencia a nitidez.
- Calidad de grabación requerida: Full HD.

**Fuente de Luz:**

- Fuente de luz de Tecnología LED 175 Watt o superior.

**Capturador Digital:**

- Captura en Full HD.

**Insuflador de alto flujo:**

- Posibilidad de calentar el gas: se deberá cotizar como alternativa.